



No. 06-048764-0001-0000

Fecha: 2007-08-17 16:40:19 Dep. 2020 NUECREACION  
Tra. 3 MODELO Eve: 1 REGDEPOSITO  
Act. 538 PETICION Folios: 3

SEÑORES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
CIUDAD

Ref.: Asunto: No. de Radicación : 06-48764  
Trámite: Patente  
Evento: Registro  
Título: GNATODODINAMOMETRO PARA MEDIR  
LA FUERZA OCLUSAL  
Titular: EAFIT - CES

**PAGO EXAMEN PATENTE MODELO DE UTILIDAD**


**MAURICIO JARAMILLO C**, abogado en ejercicio, portador de la cédula de ciudadanía número 80'421,942 de Usaquén, y de la Tarjeta Profesional No. 74,555 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi carácter de apoderado de las Sociedades Universidad EAFIT y Universidad CES, por medio del presente escrito me permito adjuntar los siguientes documentos con el fin de realizar el examen de patentabilidad y continuar con el trámite referenciado:

- Comprobante de pago por concepto de cancelación de examen de patentabilidad de modelo de utilidad por valor de **DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS (\$269.000)**.

**NOTIFICACIONES**

Informo que mi representado y el suscrito recibiremos las notificaciones en la secretaría de su despacho o en mi oficina de abogados, situada en la carrera 9 # 73-24 de Bogotá D.C., teléfonos 3107055 y 3105066, y fax 3106646.

Atentamente,

  
**MAURICIO JARAMILLO C.**  
C.C. No. 80'421,942 de Usaquén  
T.P. No. 74,555 del C.S.J.

Adjunto: lo anunciado.

ESTA CERTIFICACION DE EXCEDENTE DE PAGO SÓLO PODRA SER UTILIZADA  
COMO PARTE DE LA CANCELACION DE UNA TARIFA VIGENTE Y NO PODRA SER  
SUSTITUIDA POR NINGUN RECIBO.

512  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-048764- -00001-0000

Fecha: 2007-08-17 16:40:19 Dep. 2020 NUECREACIONE  
Tra. 3 MODELO Eve: 1 REGDEPOSITO  
Act. 538 PETICION Folios: 3

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 900176089-2

CERTIFICACION DE EXCEDENTE : 07 - 66,254  
FECHA : AGOSTO 16 DE 2007


\*\*\*\*\* CONSIGNACION \*\*\*\*\*

| DEPOSITANTE            | TIPO PAGO    | BANCO         | CUENTA      | No. PAGO | FECHA PGO  | Vr. PAGO   |
|------------------------|--------------|---------------|-------------|----------|------------|------------|
| GOMEZ PINZON ASEMARCAS | CONSIGNACION | BANCO POPULAR | 050-00110-6 | 64840982 | 15/08/2007 | 269,000.00 |

\*\*\*\*\* CONCEPTO \*\*\*\*\*

| CANT. | RENTISTICO  | CONCEPTO                           | TOTAL CONCEPTO |
|-------|-------------|------------------------------------|----------------|
| 1     | 50005-01-09 | OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I     |                |
|       |             | 99 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 134,500.00     |
|       |             | TOTAL :                            | \$ 134,500.00  |

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. \_\_\_\_\_

513  
EDFIT

34

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
No. 06-048764- -00001-0000  
Fecha: 2007-08-17 16:40:19 Dep. 2020 NUECREACION  
Tra. 3 MODELO Eve: 1 REGDEPOSITO  
Act. 538 PETICION Folios: 3

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

CERTIFICACION DE EXCEDENTE : 07 - 66,253  
FECHA : AGOSTO 16 DE 2007

\*\*\*\*\* CONSIGNACION \*\*\*\*\*

| DEPOSITANTE           | TIPO PAGO    | BANCO         | CUENTA      | No. PAGO | FECHA PGO  | Vr. PAGO   |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|----------|------------|------------|
| GOMEZ PINZON ASEMARCA | CONSIGNACION | BANCO POPULAR | 050-00110-6 | 64840982 | 15/08/2007 | 269,000.00 |

\*\*\*\*\* CONCEPTO \*\*\*\*\*

| CANT. | RENTISTICO  | CONCEPTO                           | TOTAL CONCEPTO |
|-------|-------------|------------------------------------|----------------|
| 1     | 50005-01-09 | OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I     |                |
|       |             | 99 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 134,500.00     |
|       |             | TOTAL :                            | \$ 134,500.00  |

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. \_\_\_\_\_

**DIVISION DE NUEVAS CREACIONES**

RADICACIÓN EXPEDIENTE No 06-48764

EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE **MODELO DE UTILIDAD**

NUMERO FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No

**576** DE FECHA **31 DE MAYO DE 2007** EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR

LA LEY EXPIRA EL **17 DE JULIO DE 2007**.

NOTA: Dentro del plazo de los tres (3) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 y en concordancia con el artículo 85 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI \_\_\_\_\_

NO \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES**

**Radicación No. 06-48764**

**Clasificación Internacional (IPC): A61C 3/00, 19/00, 19/05, G01L 1/00**

**Concepto Técnico No. 3047**

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

**1. Documentos estudiados**

- 1.1. Descripción: Folios 3 a 12.
- 1.2. Reivindicaciones: 11, folios 13 a 15.
- 1.3. Dibujos: 2 figuras, folios 16 y 17.
- 1.4. Prioridad: La solicitud no reivindica prioridad.

**2. Objeto de la invención**

- Título de la solicitud: ***Gnatodinamómetro para medir la fuerza oclusal.***
- *El objeto del Modelo de Utilidad es un Gnatodinamómetro o dispositivo cuyo objeto es cuantificar la fuerza oclusal en un ser humano.*
- *La solicitud de modelo de utilidad se catalogó, según la Clasificación Internacional de Patentes (IPC.) en: **A61C 3/00, 19/00, 19/05, G01L 1/00.***

**3. De la solicitud de Patente de Modelo de Utilidad**

**3.1. Descripción (artículo 28 D. 486)**

- *La descripción sí cumple con el requisito de claridad o comprensión de acuerdo al art. 28 de la Decisión 486.*

**3.2. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)**

- *Las reivindicaciones sí cumplen con el requisito de claridad, concisión o sustento por la descripción de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486.*

**4. Unidad de invención (artículo 25 D 486)**

**5.**

- *El capítulo reivindicatorio sí cumple con el requisito de unidad de invención.*

**6. No es una invención (artículo 15 D 486 literal a)-f))**

- *La reivindicación sí es patentable.*

**7. Excepción a la patentabilidad (artículo 20 D486 literal a)-d))**

- *La reivindicación presentada sí es patentable.*

**8. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (artículos 14 y 21 D 486)**

- *El objeto de la solicitud sí es un objeto.*

**9. Determinación del Estado de la Técnica**

- *Consultadas las bases de datos con que cuenta la oficina y las otras fuentes utilizadas para determinar el estado de la técnica, antes del **22 de mayo de 2006**, no se encontró documento alguno relacionado con el objeto de la solicitud o que afectara su patentabilidad.*

**10. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)**

**10.1. Novedad (artículo 16 D486)**

- *Reivindicación 1: Gnatodinamómetro caracterizado porque comprende dos placas superpuesta una anterior (2) y una posterior (3), en donde dicha placa anterior (2) comprende una saliente perpendicular externa (4) y dos salientes perpendiculares medias, izquierda (5) y derecha (6), placas configuradas de manera que al traslaparse las placas anterior (2) y posterior (3) entre sí, se conforman las cavidades interna (7) y externa (8), en donde dicha cavidad interna (7) recibe el medio de deformación (9) hacia una zona interna, y donde la cavidad externa (8) aloja, por su parte, los medios de recibo de información compuestos por la zona de armado de puente (10)*
- *De acuerdo con el numeral 8, no se encontró dentro del estado de la técnica, documento alguno que evidenciara la existencia de la invención.*
- *Por tanto se concluye que la reivindicación 1 es novedosa, de acuerdo a lo estipulado en el art. 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.*

**10.2. Aplicación industrial (artículo 19 D 486)**

- *La reivindicación 1 del punto 9.1., sí tiene Aplicación Industrial, en la industria de gnatodinamómetros o dispositivos para medir la fuerza oclusal en humanos.*