

Medellín, 20 de abril de 2012

Y
S
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-034244- -00008-0000

Fecha: 2012-04-24 14:29:27 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 3 MODELO Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 5

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

División Signos Distintivos

Bogotá D.C.

**REFERENCIA: MEMORIAL COMPLEMENTO RESPUESTA A
REQUERIMIENTO INICIAL
MODELO DE UTILIDAD: DISPOSITIVO MEDICAL INFANTIL
EXPEDIENTE N°: 09 034244**

Yo **CARLOS ENRIQUE OCHOA MEJIA** obrando como apoderado del expediente en referencia complemento la respuesta al requerimiento inicial solicitado por el ingeniero William Ismael Delgado mediante e – mail del 02 de abril de 2012.

Para sus efectos anexo información solicitada

Cordialmente,

CARLOS ENRIQUE OCHOA MEJIA
C.C.70.073.002
T.P. 110238 del C.S. de la J.

CAPITULO REIVINDICATORIO



REIVINDICACION 1. Dosificador de medicamentos pediátricos, para acoplar a todo tipo de biberón, la estructura del dosificador esta compuesta por cuatro partes: un ovalo (2) en la parte superior presenta la forma de trompo con una terminación hueca, el trompo tiene cuatro aletas verticales (2a - 2d) que permite acoplar el dosificador en la parte interior del biberón, la cavidad hueca es decir el orificio de salida en el centro se alinea con el chupo del biberón (7), un tubo o pitillo (3) comunica el ovalo (2) con la tapa embudo (4) que conecta la capsula dosificadora (5) del medicamento que presenta una graduación en centímetros cúbicos.

REIVINDICACION 2. El ovalo (2), se sujeta a la parte interna de los biberones por medio de las aletas (2a - 2d) que son flexibles y permiten mantener alineando el dosificador orificio de salida (7) con la parte interna del chupo del biberón, ubicado en la parte inferior del ovalo esta el orificio de entrada (8) que conectan la parte inferior del ovalo (2) con el tubo o pitillo (3).



REIVINDICACION 3. El Tubo o pitillo (3), es flexibles y mantienen el dosificador centrado en la boca del biberón, permite conectar el ovalo (2) en la parte inferior o conducto de entrada al ovalo (8) con el cilindro graduado que contiene el medicamento (5), mediante una acople en la tapa embudo (4), es la que permite acoplar el pitillo (3) con el cilindro (5), el tubo o pitillo (3) son

REIVINDICACION 4. El cilindro (5), es un depósito con una escala graduada en centímetros cúbicos, la tapa embudo (4) permite mantener hermético el cilindro y acopla el pitillo (3) con al cilindro (5).

CAPITULO DIBUJOS.



CAPITULO DIBUJOS.





Alvaro Sarmiento <gerencia@remarcalimitada.com>

EXPEDIENTE 09-34244

WILLIAM DELGADO <wdelgadorod@gmail.com>
Para: remarcasltda@yahoo.es

2 de abril de 2012 12:46

SR CARLOS ENRIQUE OCHOA MEJIA:

INTENTE COMUNICARME CON UD. AL TELEFONO 5132830 DE MEDELLIN PERO NO PUDE, EL ASUNTO ES QUE YA LE REALICE UN REQUERIMIENTO A ESTA SOLICITUD Y NO SE MODIFICO DE FORMA TAL QUE REUNIERA TODAS LOS REQUISITOS PARA TOMAR UNA DECISION.

EN CONSECUENCIA, LE ENVIO EN EL ARCHIVO ADJUNTO UNA SUGERENCIA DE LA DESCRIPCION, LOS DIBUJOS Y EL CAPITULO REIVINDICATORIO PARA QUE POR FAVOR LOS PRESENTE LO MAS RAPIDO POSIBLE OJALA ESTA MISMA SEMANA.

SI DESEA HABLAR CONMIGO LO PUEDE HACER A ESTE NUMERO 3118167111 O POR MEDIO DE ESTE EMAIL.

WILLIAM ISMAEL DELGADO , EXAMINADOR AREA DE INGENIERIRA SIC.



DESCRIPCION, FIGURAS Y REIVINDICACIONES.doc
269K