

REIVINDICACIONES

1.- Dispositivo para para disminuir el temblor del cirujano durante la cirugía, que comprende:

- 5 - un sistema de anclaje del dispositivo a los dedos del cirujano (1) compuesta por cuatro bandas ajustables;
- cuatro elásticos anteriores (2) unidos al sistema de anclaje a los dedos del cirujano (1), donde los elásticos anteriores cuentan con broches de anclaje (201);
- 10 - una banda de tensión (3);
- dos elásticos posteriores (4) unidos a la banda de tensión (3) mediante broches de anclaje (401);
- soporte principal (5) ajustable y que cuenta con broches de anclaje (501).

15

2.- Un dispositivo para para disminuir el temblor del cirujano durante la cirugía de acuerdo con la reivindicación 1 donde los cuatro elásticos anteriores (2) se unen a la banda de tensión (3) mediante los broches de anclaje (201).

20

3.- Un dispositivo para para disminuir el temblor del cirujano durante la cirugía de acuerdo con la reivindicación 1 donde los dos elásticos posteriores (4) se encuentran unidos al soporte principal (5).

4.- Dispositivo para para disminuir el temblor del cirujano durante la cirugía, que comprende:

25

- sistema de co-contracción premoldeado (6) en el guante de cirugía;
- dos elásticos posteriores (4) unidos sistemas de co-contracción premoldeado (6) mediante broches de anclaje (401);
- soporte principal (5) ajustable y que cuenta con broches de anclaje

30

(501).

5.- Un dispositivo para para disminuir el temblor del cirujano durante la cirugía de acuerdo con la reivindicación 1 donde los dos elásticos posteriores (4) se encuentran unidos al soporte principal (5).